

السيد مدير شركة /

العنوان /

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نحيطكم علماً بأن كلية العلوم - قسم الكيمياء في حاجة إلى شراء عدد (٧) أجهزة معملية لمعامل الطلاب بقسم الكيمياء. على أن يتم التعاقد بالأمر المباشر وأسعاركم تكون نهائية.

١- جهاز PH meter عدد (٥)

٢- جهاز Hot Plate With Magnetic Stirrer عدد (٥)

٣- جهاز Electronic Weighing Balance عدد (٥)

٤- جهاز Magnetic Stirrer عدد (٥)

٥- جهاز Vacuum Pump عدد (٥)

٦- جهاز Water Path عدد (٥)

٧- جهاز Distillation Water عدد (٥)

وذلك طبقاً للمواصفات المرفقة من قبل اللجنة الفنية .

نتشرف بأن يصلبنا عرضكم خلال أسبوع من تاريخ النشر ، على أن يراعى الاتي :-

١- يعتبر القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات

والمزايدات متممة لشروط الطرح بالأمر المباشر .



٢ - يفضل أن تكون البضاعة حاضرة

٣ - يكون تسليم الأصناف مقر مخازن قسم الكيمياء بكلية العلوم - جامعة أسيوط

٤ - بالنسبة للعرض الفني يجب وضع مواصفات واضحة ومفصلة مع تحديد أسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ ، وكذلك إرفاق الكتالوجات اللازمة .

٥ - إرفاق صورة من التسجيل في بوابة المشتريات الحكومية وصورة من البطاقة الضريبية والملف الضريبي وضريبة القيمة المضافة وصورة من السجل التجاري وصورة من استمارة ١٤ س إن وجدت وكذلك صورة من التسجيل في الفاتورة الالكترونية .


٦ - الجزاءات والغرامات وفسخ التعاقد طبقا لأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م

٧ - يجب على الزاسي عليّة إرسال التأمين النهائي بمعدل ٥% من مجموع ما رسا عليّة خلال ١٠ ايام من استلام أمر التوريد وفي حالة التأخير عن دفع التأمين يجوز للكلية أن تفسخ التعاقد المبرم بينها وبين المورد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،

أمين عام الكلية

أ/ هشام عبد الرحمن أحمد



مدير المشتريات



Assiut University

Assiut University
Faculty of Science
Department Of Chemistry
Assiut 71516

جامعة أسيوط
كلية العلوم
قسم الكيمياء

السيد الفاضل/ مدير عام المشتريات

تحية طيبة..... وبعد :

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بالآتي :

أولاً : المواصفات الفنية pH meter

- Range PH : -2.00 to 16.00 ph
- ~ Mv : -1999 to +1999 mv
- ~ Temp. : - 9.0 to 120.0 ° C
- Resolution : 0.01 ph / 1 mv / 0.1 ° C
- Accuracy : : ± 0.01 PH / ± 0.4 C
- Automatic temp compensation : 0.0 - 100.0 ° C
- PH calibration* automatic 1or 2 points with 5 memorized
- buffer (PH 4.01, 6.86 , 7.01 , 9.18 , 10.01)
- Power: working on 220 V, 50 HZ
- Supplied with : Combination ph electrode , ATC temp. Probe , 4,7,10 ph buffer and stand (holder)

ثانياً : المواصفات الفنية لجهاز Hot Plate with magnetic stirrer

- Digital display
- Ceramic Top Plate, easy to clean.
- Temp. range : 40- 380 ° C
- Stirrer Speed (rpm): 80 – 1500 rpm
- Come with stir bar
- Heated Area (mm): 180 x 180
- Temp. sensor & rod and clamp
- Working on 220 V.

Telephone:(088-2333837,088-2412115)

Fax:088-2080209

تليفون : ٠٨٨-٢٤١٢١١٥ ، ٠٨٨-٢٣٣٣٨٣٧

فاكس : ٠٨٨/٢٠٨٠٢٠٩

أسيوط ٧١٥١٦ - جمهورية مصر العربية



Assiut University

Assiut University
Faculty of Science
Department Of Chemistry
Assiut 71516

جامعة أسيوط
كلية العلوم
قسم الكيمياء

ثالثاً: المواصفات الفنية Electronic Weighing Balance

- Capacity: 220 gm
 - Least Conut : 0.001 gm
 - Repeatability: 0.0001 gm
 - Pan size: diam. : 80 mm
 - Automatic calibration
 - Come with glass draft shield
 - High sensitivity
 - Automatic calibration : Internal
 - Stainless steel platform
- Working on 220 VAC, 50 HZ. With adapter

رابعاً: المواصفات الفنية لجهاز Magnetic Stirrer

- Digital display
- Stirrer Speed (rpm): 100 – 1500 rpm
- Come with stir bar
- Working on 220 VAC

خامساً : المواصفات الفنية لجهاز Vacuum Pump

Oil-Less Piston-Type Pressure/Vacuum Pumps

Horsepower	0.25 hp
Includes	Pump, vacuum and pressure regulators, moisture trap, intake filter, handle, Rubber suction-cup feet and line cord and plug with on/off switch
Flow Rate	37 L/min.
Frequency	60 Hz
Overall Height (Metric)	27.3 cm
Overall Length (Metric)	38 cm
Maximum Pressure	100 psi
Amperage	3.9 A
Electrical Requirements	115 V 60 Hz
Overall Height (English)	10.75 in.
Overall Length (English)	15 in.
Overall Width (English)	8 in.
Voltage	115 V

Telephone:(088-2333837,088-2412115)

Fax:088-2080209

تليفون : ٠٨٨-٢٤١٢١١٥ ، ٠٨٨-٢٣٣٣٨٣٧

فاكس : ٠٨٨/٢٠٨٠٢٠٩

أسيوط ٧١٥١٦ - جمهورية مصر العربية



Assiut University

Assiut University
Faculty of Science
Department Of Chemistry
Assiut 71516

جامعة أسيوط
كلية العلوم
قسم الكيمياء

سادساً : المواصفات الفنية لجهاز Water Path

- Capacity : 22 liters
- Temp. Range: above ambient to 100 C°
- Material of Stainless steel
- **Over temperature device**
- Built in thermostat
- Come with flat cover
- Temp.Setting: Digital and Timer
- Timer 99hr 59min
- Power: 220V , 50Hz
- Flat cover with 6 holes

سابعاً: المواصفات الفنية لجهاز Distillation water

- Fully automatic double distillation apparatus
- Constraction : for bench and wall mounting
- Distillate quality : conductivity approx. : 1-1.5 us
- Capacity : 4 liters/hr double distilled water
- All parts in contact with water made of high quality borsilicate glass
- Heating elements : fitted with 2 silica sheaters m one for each boiler
- Fully automatic operation and controlling
- Power supply : 220 Vm50 Hz
- Safety Cut-out protected by :
 - Flow control switch
 - Overheating thermostatic cut out
 - Low water pressure or water cut out
 - Temp. inside boiler above 110 c

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس القسم

أ.د. محمد سيد محمد إبراهيم

د. محمد سيد محمد

Telephone:(088-2333837,088-2412115)

Fax:088-2080209

تليفون : ٠٨٨-٢٤١٢١١٥ ، ٠٨٨-٢٣٣٣٨٣٧

فاكس : ٠٨٨/٢٠٨٠٢٠٩

أسيوط ٧١٥١٦ - جمهورية مصر العربية